

TEST REPORT

上海市计量测试技术研究院
华东国家计量测试中心
中国上海测试中心

检测报告

检测报告编号: 2014120-30-130044
Test report series No.

委托者 国家空气污染治理设备产品质量监督检验中心

委托者地址

/

样品名称

砂尘试验箱

制造厂

武汉中科万通仪器有限公司

型号/规格

SC-010

样品编号

20140308-01



批准人/职务
核 验 员
检 测 员

室副主任

刘悦

检测日期

2014

年

03

月

10

日

客户咨询电话: 800-820-5172

投诉电话: 021-50798262

地址: 上海市张衡路 1500 号(总部)
Tel. No.1500 Zhangheng Road, Shanghai(headquarters)

电话: 021-38839800

传真: 021-50798390

邮编: 201203

未经本院/中心批准, 部分采用本报告内容无效。
Partly using this report will not be admitted unless allowed by SIMT.

国家法定计量检定机构授权证书号(中心/院): (国) 法计(2012) 01039号/(2012) 01019号
The number of the Certificate of Metrological Authorization to The Legal Metrological Verification Institution is No. (2012) 01039/No. (2012) 01019
中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书号: No. CNAS L0134
The number of the certificate accredited by CNAS is No. L0134
中国国家认证认可监督管理委员会资质认定计量认证证书(CMA)号: 2012000597E
The number of the metrology accreditation certificate by CMA is No. 2012000597E
本次检测所依据的技术规范(代号、名称):
Reference documents for the test (code、name):
GB/T 2423.37-2006 《电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验 L: 沙尘试验》

本次检测所使用的主要测量仪器:

名称/型号	编号	证书编号/有效期限	测量范围/准确度等级或 最大允差或不确定度 Measurement range/accuracy class or maximum permissible errors or uncertainty of measurement
电子天平/AR2140	1203271395	2013K11-20-210192 /2014.03.24	2100g/0.01 g II级

检测地点及环境条件:

地点: 无锡市金山北科技产业园C区5号

检测结果/说明:
Results of test and additional explanation
见续页。

温度: 20 °C; 湿度: 55 %RH; 其它: /
Ambient temperature
Relative humidity
Others

本报告提供的结果仅对本次被测的样品有效。
The data are valid only for the sample(s).

检测报告续页专用
Continued page of test report

检测结果/说明 (续页) :

Results of test and additional explanation (continued page)

序号	检测项目	检测结果
1	外观	良好
2	运行	正常
3	箱内沙尘沉降量	708.5g/(m ² ·h)

建议下次检测日期为 2015 年 03 月 09 日。
检测结果内容结束

